

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

CNPJ: 18.243.238/0001-03
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 310
C.E.P.: 37145-000 - Alterosa - MG

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 46/2014 - PR

Processo Administrativo: 126/2014
Data do Processo Adm.: 28/05/2014
Processo Licitatório: 126/2014
Data do Processo: 28/05/2014

Folha: 1/2

(As propostas serão abertas para julgamento às 14:00 horas do dia 13/06/2014).

Fornecedor:
Endereço:
Cidade: Estado: Telefone:
CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Fax:
Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	4230043	Un	<p>CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA, TAMANHO MINIMO DE 280 LITROS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 12.500 DOSES EM AMPOLAS DE 05 ML. VOLTAGEM: 110VOLTS.</p> <p>EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS COM GRANDE CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO TÉRMICA E MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA ESTABILIZADA EM 4,0 °C, MAIS OU MENOS 1°C, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:</p> <p>EQUIPAMENTO ESTRUTURADO E ISENTO DE VIBRAÇÕES, CAPACIDADE APROXIMADA PARA ARMAZENAMENTO DE 12.500 DOSES EM AMPOLAS DE 5ML CADA OU NO MINIMO 280 LITROS, UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COMPACTA E SILENCIOSA, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, REFRIGERANTE ECOLÓGICO LIVRE DE CFC, UNIDADE FRIGORÍFICA COM CONDENSAÇÃO A AR FORÇADO, REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, IMPELENTE POR DUTO EMBUTIDO E GRELHA VERTICAL, GABINETE EXTERNO EM FORMATO RETANGULAR, EM AÇO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADA COM NO MINIMO 40 BLOCOS CRIOGÊNICOS PARA MANUTENÇÃO INERCIAL DA TEMPERATURA NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, EQUIPAMENTO COM ACABAMENTO ESMERADO E DE FÁCIL MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ASSEPSIA, EQUIPADO COM QUATRO GAVETAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA "ROLL OUT" DE FÁCIL MANUSEIO E ISOLAMENTO TÉRMICO COM APROXIMADAMENTE 75 MM DE ESPESSURA EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA DE ACESSO VERTICAL, CONTRA PORTAS INTERNAS FABRICADAS EM ACRÍLICO INCOLOR COM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS MESMAS, DOBRADIÇAS DE ENCAIXE COM ACABAMENTO CROMADO, PUXADOR ANATÔMICO EM MATERIAL NÃO OXIDANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, EQUIPADO COM RODÍZIOS ESPECIAIS E FREIO, DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO, PAINEL DE COMANDO E CONTROLE FRONTAL E SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO, PAINEL TIPO SINÓTICO EM ALUMÍNIO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E CONTROLES ÁUDIOS-VISUAIS, COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA, TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA, DIFERENCIAL AJUSTÁVEL DA TEMPERATURA DE CONTROLE, PRÉ AJUSTADO EM +/- 1°C, TEMPERATURA DE FÁCIL REGULAGEM COM CONDIÇÃO DE 2,0 A 8,0°C, INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DECIMAL, ALARME</p>	1,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

CNPJ: 18.243.238/0001-03
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 310
C.E.P.: 37145-000 - Alterosa - MG

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 46/2014 - PR

Processo Administrativo: 126/2014
Data do Processo Adm.: 28/05/2014
Processo Licitatório: 126/2014
Data do Processo: 28/05/2014

Folha: 2/2

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			CONFIGURAÇÃO 2,0 A 8,0 °C, INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DECIMAL, ALARME SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA DE FÁCIL AJUSTE, PRÉ FIXADO EM 3 E 7°C, TERMÔMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA DE MOMENTO MÁXIMA E MÍNIMA NO CONTROLADOR DIGITAL MICRO PROCESSADO COM SISTEMA DE MEMÓRIA PARA TOTAL SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO, NO PAINEL, COM TRÊS SENSORES, BOTÃO SILENCIADOR DE ALARME SONORO COM TEMPO PROGRAMÁVEL, SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO, SINALIZADOR LUMINOSO DE REFRIGERAÇÃO EM RECUPERAÇÃO, SINALIZADOR LUMINOSO DE ALARME, ALARME SONORO DE FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGÁVEL, SISTEMA ANALÓGICO DE SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO, SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS PROGRAMADAS, CHAVE GERAL DE ENERGIA, LUZ INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM PORTA FECHADA POR 50 SEGUNDOS OU COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, 110 VOLTS. MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. (04-23-0043)				

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor